

2021年8月18日

日本医学会分科会 事務局御中

日本医学会

「ショックボタンを有さない自動体外式除細動器（オートショック AED）使用時の  
注意点に関する情報提供等の徹底」について（周知依頼）

平素より、本会の事業推進にご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。  
さて、令和3年7月30日付にて、別紙1のとおり厚生労働省医制局地域医療計画課、医  
薬・生活衛生局医療機器審査管理課、医薬生活衛生局医薬安全対策課より「ショックボタ  
ンを有さない自動体外式除細動器（オートショック AED）使用時の注意点に関する情報提  
供等の徹底」について別添の通り、周知依頼がありましたので、貴会の会員各位に周知の  
程よろしく申し上げます。

<関連URLは以下のとおりです>

[T210803I0030.pdf \(mhlw.go.jp\)](https://www.mhlw.go.jp/t210803i0030.pdf)

なお、詳細は、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課 [電話：03-5253-1111 (代)]  
にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

本件の担当  
日本医学会事務局 森田  
Tel 03-3946-2121 (内 3241)  
Fax 03-3942-6517